

## **О типичных нарушениях в сфере государственного метрологического надзора**

Одним из направлений работы Витебской областной инспекцией Госстандарта является осуществление государственного метрологического надзора, который проводится в форме проверок и мер профилактического и предупредительного характера.

Сфера государственного метрологического надзора включает в себя надзор за применением единиц величин, эталонов единиц величин, средств измерений и стандартных образцов, методик (методов) измерений; соблюдением требований к фасованным товарам и иных требований в случаях, установленных Законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» и иными законодательными актами.

В ходе проведения мероприятий в сфере государственного метрологического надзора выявляются следующие нарушения:

- эксплуатация средств измерений, предназначенных для измерений в сфере законодательной метрологии без государственной поверки: при оказании медицинской помощи и обеспечения защиты жизни и здоровья человека (приборы для измерения артериального давления, термометры медицинские, глюкометры, электрокардиографы и т.д.); при обеспечении промышленной безопасности и охраны труда – манометры, газоанализаторы, приборы для обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкотесты); при оказании бытовых услуг по ремонту автомобилей и обеспечения безопасности движения транспортных средств – балансировочные стенды, динамометрические ключи, шинные манометры и другие; при осуществлении торговли и расчетов между покупателем и продавцом – весы торговые, метры деревянные, рулетки измерительные; при расчетах за потребляемые материальные ресурсы - электросчетчики, теплосчетчики, водосчетчики и т.п.;

- нарушение методов (методик) измерений при проведении измерений в испытательных подразделениях в части неверного выбора средств измерений по погрешности либо диапазону измерений, нарушения условий проведения измерений, порядка выполнения расчетов, представления результатов измерений, правильности отбора проб;

- требований, предъявляемых к фасованным товарам: не соответствие номинального количества, указанного в маркировке, высота шрифта меньше допустимого, указание в маркировке неопределенного количества товара; - правил пользования средствами измерений;

- реализация средств измерений, предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии, без государственной поверки.

Специалистами инспекции в ходе надзорных мероприятий доводится информация о необходимости соблюдения требований законодательства об обеспечении единства измерений, ведется разъяснительная работа по реализации норм Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 05.09.1995 № 3848-ХІІ.